

**Via PAD "EmPULIA"**

Prot. n. \_\_\_\_\_

Modugno, \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Consultazione preliminare di mercato per accertare la sussistenza di ragioni attinenti all'assenza di concorrenza tecnica e/o alla tutela di diritti esclusivi in relazione alla fornitura di un aggiornamento tecnologico per elettrocardiografo in uso presso l'Ambulatorio di Cardiologia del DSS9-Modugno.

La Macrostruttura U.O.C. Distretto Socio Sanitario n. 9 di Modugno-Bitetto-Bitritto dell'ASL BA, afferente al Dipartimento di Assistenza Territoriale dell'ASLBA, al fine di realizzare un apposito progetto di potenziamento dell'erogazione del LEA codd. 88.71.2-88.73.7 ex Allegato 4, d.P.C.M. 12/01/2017, tramite l'acquisto delle più sotto notate apparecchiature elettromedicali del tipo diagnostico per bioimmagini (dispositivi medici).

**Si precisa che la consegna della suddetta fornitura dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 31/12/2024, termine da considerare essenziale al fine della sussistenza della copertura finanziaria dell'affidamento in oggetto, decorso il quale la stazione appaltante provvederà alla revoca dello stesso, in quanto, considerati i tempi tecnici necessari, a ridosso delle Festività Natalizie, all'adempimento da parte dell'Affidatario della consegna della merce al Magazzino aziendale indicato nell'Ordine NSO, giusta autorizzazione Area G.R.F. e D.G. f.f., nota prot. n. 78387/2024 dell'8/11/2024 la conclusione dell'appalto dovrà avvenire tassativamente entro il corrente anno solare: dal momento che ha ricevuto il suddetto ordinativo d'acquisto, l'Affidatario dovrà, qualora abbia in buona fede il convincimento di essere in grado, fatti salvi solo ed esclusivamente eventi imprevisti e imprevedibili con la normale diligenza professionale, di rispettare il termine di consegna indicato nel suddetto ordinativo d'acquisto, darvi pronta esecuzione; in caso contrario l'Affidatario dovrà senza indugio, comunque entro e non oltre tre giorni lavorativi dal ricevimento, rifiutare l'ordine con tale espressa motivazione. In mancanza, qualora sarà intervenuta la suddetta revoca, l'Affidatario non avrà diritto ad alcun rimborso o indennizzo per i possibili pregiudizi economici effettivamente subiti.**

Nr. Ordinale	Classe CND / ID BD/RDM)	Descrizione del bene oggetto dell'acquisto	Quantità (pz)
1	Z1104018001 / 473947/R	SHENZEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO.LTD. tipo SONDA PHASED ARRAY P4-2E, "Per Applicazioni Cardiologiche su Adulti e Bambini e Doppler TransCranico)", cod. 120-001712-00 o equivalente, marchio "CE"	01
2	Z11040182 / N.D.	SHENZEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO.LTD. tipo "Modulo SW – Doppler Continuo – Per Applicazioni Cardiologiche, cod. 115-024664-00" o equivalente	01
3	Z11040182 / N.D.	SHENZEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO.LTD. tipo "Modulo Segnali Fisiologici (ECG&PCG)", cod. 115-024660-00 o equivalente, marchio "CE"	01
4	Z110706 / 1153496	SONY CORPORATION Tipo UP-X898MD, riproduttore digitale per bioimmagini, stampante b/n (digitale-analogica), di grado medicale o equivalente, marchio "CE"	01
5	Z11040182 / N.D.	SHENZEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO.LTD. tipo "Modulo SW Free X-ROS – Software M-Mode Anatomico, cod. 110-003167-00" o equivalente	01
6	Z11040182 / N.D.	SHENZEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO.LTD. tipo "Modulo SW TDI (TVI, TEI, TVD e TVM Qualitativi), cod. 110-003169-00" o equivalente	01
7	Z11040182 / N.D.	SHENZEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO.LTD. tipo "Modulo SW TDI QA(TDI Esteso Modalità Quantitativa), cod. 110-003170-00" o equivalente	01
8	Z1104018001 / 120-001719-01	SHENZEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO.LTD. tipo SONDA LINEARE L12-3E, sonda ecografica "Lineare per Applicazioni Vascolari – TSA", cod. 120-001719-01, o equivalente, marchio "CE"	01

Pertanto, al fine di adottare il più idoneo criterio di scelta del contraente, s'invitano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 77-78, d. Lgs. 36/2023, a ss.mm.ii., tutti i soggetti, di cui all'art. 65, e dell'allegato I.1, art. 1, lettera I), del predetto decreto, i quali alla data indicata quale termine perentorio per la risposta risultano in possesso dei requisiti generali e speciale, di cui agli artt. 94-98 e 100, commi 1, lett. b), 2 e 3, del predetto decreto, richiesti ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento Aziendale delle acquisizioni di beni e servizi sotto la soglia comunitaria (approvato con Deliberazione del Direttore Generale ASL BA N. 1824 dello 03 ottobre 2022), nonché di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, a manifestare il proprio interesse a proporre al DSS9-Modugno dell'ASL BA la suddetta fornitura, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (PAD) messa a disposizione dalla Centrale regionale di committenza ausiliaria, EmPULIA. Ai sensi del combinato disposto, di cui all'art. 79 ed all'Allegato

Il.5, d. Lgs. 36/2023, a ss.mm.ii., in caso di prodotti equivalenti, l'Operatore Economico partecipante dovrà dimostrare nella propria proposta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova, di cui al successivo art. 105 del predetto decreto, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche richieste.

La presente consultazione preliminare di mercato è finalizzata a verificare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, co. 3, d. Lgs. 36/2023, e ss.mm.ii., la circostanza che l'appalto può essere eseguito unicamente da un determinato Operatore Economico per ragioni di assenza di concorrenza tecnica e/o di tutela di diritti esclusivi. Essa non comporta oneri di alcun tipo per la Stazione Appaltante, salvo di dover adottare misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso, almeno comunicando agli altri candidati e offerenti le informazioni pertinenti scambiate nel corso delle consultazioni preliminari, nonché fissando termini adeguati per la ricezione delle offerte.

Accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo, in quanto trattasi di affidamento da svolgersi in un'area urbana situata su territorio non confinante con Stati membri UE, il presente avviso viene pubblicato soltanto sulla sezione "BANDI DI GARA" della suddetta PAD, EmPULIA, (<http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Elenco%20consultazioni%20preliminari%20di%20mercato%20new.aspx>) e, pertanto, in deroga a quanto previsto dall'art. 4, 2° cpv., del più sopra citato regolamento aziendale, non anche sulla GUUE. Gli Operatori Economici, qualora interessati, previa registrazione alla succitata PAD (<https://eproc.empulia.it/portale/index.asp>), dovranno manifestare il proprio interesse a rispondere sulla relativa piattaforma telematica, inviando sulla stessa, **entro e non oltre il termine ivi indicato**, la documentazione tecnica ed illustrativa, e le certificazioni, e, in caso di prodotti equivalenti, dei mezzi di prova a tal fine utilizzati; gli Operatori Economici, qualora eventualmente qualora interessati, pur non volendo registrarsi a EmPULIA, dovranno utilizzare la seguente casella PEC: [distretto9.aslbari@pec.rupar.puglia.it](mailto:distretto9.aslbari@pec.rupar.puglia.it).

La proposta inviata dovrà avere la seguente denominazione o il seguente oggetto "Risposta alla consultazione preliminare di mercato per la fornitura di un aggiornamento tecnologico dell'ecografo SHENZEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO.LTD. ECOTOMOGRAFO tipo "DC-70 ADV", in uso presso l'Ambulatorio di Cardiologia del DSS9-Modugno, richiesto come tecnicamente insostituibile".

In caso di prodotti equivalenti, i rispettivi mezzi di prova utilizzati dall'OE saranno oggetto di apposita valutazione tecnica a cura della DIAT-U.O.C. Ingegneria Clinica dell'ASL BA. Tale documentazione potrà essere utilizzata anche nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

Contatto per informazioni sul presente avviso: Responsabile Unico del Progetto (RUP),  
Pasquale Sansò, e-mail: [pasquale.sanso@asl.bari.it](mailto:pasquale.sanso@asl.bari.it), tel. 0805843100.

**RUP - Il Collaboratore Amministrativo DSS n° 9**

Sig. Pasquale SANSÒ



**Il Direttore DSS 9**  
Dott. Enrico LAUTA

