

QUESTIONARIO OFFERTA TECNICA

GARA ELETTRONICA SOTTO SOGLIA, CON PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA

O.R. FESR 2014-2020 - Asse IX – Azione 9.12 – Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica

Fornitura di N. 2 colonne endoscopiche da destinarsi al Poliambulatorio EX INAM di Foggia [CUP: G71E14000120002] e al Polimbulatorio di San Severo [CUP: G79J17000690002]

CIG:[A027BBBFE1]

Il/La sottoscritto/a _____ C.F. _____ nato/a a _____
 _____ il _____ nella sua qualità di (rappresentante legale o procuratore)
 _____ dell'impresa _____, con sede legale in
 _____ Via _____ CAP _____, sede operativa in
 _____ Via _____ CAP _____ codice Fiscale e/o
 Partita I.V.A. _____

DICHIARA

La presenza, nell'apparecchiatura offerta, delle caratteristiche di minima previste dal capitolato tecnico:

1) N.01 Videoprocessore HD

Descrivere le caratteristiche dello strumento offerto e specificamente indicare e/o evidenziare in quale punto della documentazione tecnica, sia indicata la rispondenza a tale requisito minimo

CARATTERISTICHE: BD/RDM:..... si allega dichiarazione di conformità in corso di validità	Descrizione (Precisare il requisito così come riportato nel Capitolato Tecnico Breve "relazione di valutazione" in risposta al requisito di <u>chiaro e puntuale riferimento</u> di dove esso sia rinvenibile nella documentazione tecnico-commerciale allegata)	Caratteristica posseduta SI/NO/EQUIVALENTE
1. Tecnologia HD 1080i e 1080p		
2. Upscaling a segnale HDTV per strumenti con risoluzione nativa SDTV		
3. Funzione per visualizzazione del pattern vascolare		
4. Connessione One-Touch per endoscopi di ultima generazione		
5. Registrazione di immagini SDTV e HDTV su USB memory stick per evitare perdite di dati		
6. Zoom elettronico		
7. Funzione Pre-Freeze che garantisca la scelta automatica da parte del videoprocessore del frame migliore per l'archiviazione e la stampa delle immagini		
8. Picture in Picture e Picture Out Picture per visualizzazione simultanea dell'immagine endoscopica in diretta		
9. Doppia enfattizzazione della struttura		
10. Uscite video ad alta definizione (HDTV) e standard (SDTV): HD-SDI, DVI-D, RGBS, YPbPr, Y/C e Video		
11. Possibilità di controlli remoti, programmabili sui tasti dell'endoscopio, di numerose funzioni tra cui anche la stampa con stampanti medicali e/o la registrazione con registratori medicali		
12. Possibilità di controlli remoti, programmabili su 2 tasti del pannello frontale, di numerose funzioni tra cui anche la stampa con stampanti medicali e/o la registrazione con registratori medicali		
13. Possibilità di connessione alla rete DICOM		

2) **N.01 Fonte di luce 300W Xenon o sistema equivalente/superiore a LED** *Descrivere le caratteristiche dello strumento offerto e specificamente indicare e/o evidenziare in quale punto della documentazione tecnica, sia indicata la rispondenza a tale requisito minimo.*

<p>CARATTERISTICHE:</p> <p>BD/RDM:.....</p> <p>si allega dichiarazione di conformità in corso di validità</p>	<p>Descrizione</p> <p>(Precisare il requisito così come riportato nel Capitolato Tecnico Breve “relazione di valutazione” in risposta al requisito con <u>chiaro e puntuale riferimento</u> di dove esso sia rinvenibile nella documentazione tecnico-commerciale allegata)</p>	<p>Caratteristica posseduta</p> <p>SI/NO/EQUIVALENTE</p>
14. Connessione One-Touch per endoscopi di ultima generazione		
15. Lampada allo Xenon da 300 Watt o LED di ultima generazione		
16. Vita media lampada di 500h minimo		
17. Indicatore di durata di vita della lampada		
18. lampada di emergenza ad inserimento automatico		

3) **N.01 Monitor Medica 26” HD** *Descrivere le caratteristiche dello strumento offerto e specificamente indicare e/o evidenziare in quale punto della documentazione tecnica, sia indicata la rispondenza a tale requisito minimo.*

<p>CARATTERISTICHE:</p> <p>BD/RDM:.....</p> <p>si allega dichiarazione di conformità in corso di validità</p>	<p>Descrizione</p> <p>(Precisare il requisito così come riportato nel Capitolato Tecnico Breve “relazione di valutazione” in risposta al requisito con <u>chiaro e puntuale riferimento</u> di dove esso sia rinvenibile nella documentazione tecnico-commerciale allegata)</p>	<p>Caratteristica posseduta</p> <p>SI/NO/EQUIVALENTE</p>
19. Dimensione schermo 26”		
20. Compatibile con visione HDTV a 1080 linee		
21. Formato 16:10 con risoluzione di WUXGA 1920x1200		
22. Funzioni di Picture In Picture e Picture Out Picture		
23. Preset dedicate e/o personalizzabili alle diverse esigenze del reparto (es. endoscopia, ecoendoscopia, ...)		
24. Elevati ingressi uscite analogici e digitali (SDI, DVI, RGB, Y/C, VIDEO, PC)		

4) **N.02 Videogastroscopi** *caratteristiche dello strumento offerto e specificamente indicare e/o evidenziare in quale punto della documentazione tecnica, sia indicata la rispondenza a tale requisito minimo.*

<p>CARATTERISTICHE:</p> <p>BD/RDM:.....</p> <p>si allega dichiarazione di conformità in corso di validità</p>	<p>Descrizione</p> <p>(Precisare il requisito così come riportato nel Capitolato Tecnico Breve “relazione di valutazione” in risposta al requisito con <u>chiaro e puntuale riferimento</u> di dove esso sia rinvenibile nella documentazione tecnico-commerciale allegata)</p>	<p>Caratteristica posseduta</p> <p>SI/NO/EQUIVALENTE</p>
25. Visione per pattern vascolare		
26. Connettore One-Touch per connessione		

27. Strumento Water Proof senza necessità di alcun tappo di tenuta		
28. Profondità di campo tra 2-100mm		
29. Angolo di visione 140°		
30. Diametro porzione distale ≤ 9.9mm		
31. Diametro sonda ≤ 9.9mm		
32. Canale operativo di 2.8mm		
33. Almeno 4 tasti funzione programmabili da video-processore		
34. Canale di lavaggio ausiliario		
35. Lunghezza operativa ≥ 1030mm		

5) **N.02 Videocolonscopi** Descrivere le caratteristiche dello strumento offerto e specificamente indicare e/o evidenziare in quale punto della documentazione tecnica, sia indicata la rispondenza a tale requisito minimo.

CARATTERISTICHE: BD/RDM:..... si allega dichiarazione di conformità in corso di validità	Descrizione (Precisare il requisito così come riportato nel Capitolato Tecnico Breve “relazione di valutazione” in risposta al requisito con <u>chiaro e puntuale riferimento</u> di dove esso sia rinvenibile nella documentazione tecnico-commerciale allegata)	Caratteristica posseduta SI/NO/EQUIVALENTE
36. Visione per pattern vascolare		
37. Connettore One-Touch per connessione		
38. Strumento Water Proof senza necessità di alcun tappo di tenuta		
39. Profondità di campo 2-100mm		
40. Angolo di visione ≥ 140°		
41. Lunghezza utile inseribile di almeno 1500mm		
42. Possibilità di regolazione manuale della rigidità della sonda		
43. Tratto distale con funzione che agevola il passaggio del sigma e delle flessure		
44. Diametro porzione distale ≤ 13.2mm		
45. Diametro sonda ≤ 12.8mm		
46. Canale operativo ≥ 3.7mm		
47. Almeno 4 tasti funzione programmabili da video-processore		
48. Canale di lavaggio ausiliario		

6) **N.01 Videostampante medicale** Descrivere le caratteristiche dello strumento offerto e specificamente indicare e/o evidenziare in quale punto della documentazione tecnica, sia indicata la rispondenza a tale requisito minimo.

CARATTERISTICHE: BD/RDM:..... si allega dichiarazione di conformità in corso di validità	Descrizione (Precisare il requisito così come riportato nel Capitolato Tecnico Breve “relazione di valutazione” in risposta al requisito con <u>chiaro e puntuale riferimento</u> di dove esso sia rinvenibile nella documentazione tecnico-commerciale allegata)	Caratteristica posseduta SI/NO/EQUIVALENTE

49. A colori, digitale		
50. Formato A6		
51. Completo di cavi di connessione		

7) **N.01 Pompa di irrigazione** Descrivere le caratteristiche dello strumento offerto e specificamente indicare e/o evidenziare in quale punto della documentazione tecnica, sia indicata la rispondenza a tale requisito minimo.

CARATTERISTICHE: BD/RDM:..... si allega dichiarazione di conformità in corso di validità		
CARATTERISTICHE: BD/RDM:..... si allega dichiarazione di conformità in corso di validità	Descrizione (Precisare il requisito così come riportato nel Capitolato Tecnico Breve "relazione di valutazione" in risposta al requisito con chiaro e puntuale riferimento di dove esso sia rinvenibile nella documentazione tecnico-commerciale allegata)	Caratteristica posseduta SI/NO/EQUIVALENTE
52. Comando a pedale e/o pulsante posto su endoscopio		
53. Pressioni d'irrigazione compatibili per le applicazioni endoscopiche		
54. Completo di vaso di raccolta e set di tubi		
55. Completa di accessori per il corretto funzionamento		
56. Garanzia full-risk 36 mesi su tutte le apparecchiature descritte		

FIRMATO IL LEGALE RAPPRESENTANTE

NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa).