

Allegato B

Procedura aperta telematica di rilievo comunitario, ai sensi ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. 36/2023, per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici per un periodo di anni cinque compatibili con l'ecoendoscopio radiale e lineare in uso presso l'UOC di Gastroenterologia dello Presidio Ospedaliero Centrale S.O. "SS. Annunziata" di Taranto.

CAPITOLATO D'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato disciplina le modalità relative alla fornitura dei dispositivi medici (materiale di consumo) compatibili con i dispositivi di ecoendoscopia radiale e lineare (mod. GF-UE190 ECOENDOSCOPIO RADIALE e GF-UCT180 ECOENDOSCOPIO OPERATIVO LINEARE - ditta Olympus Srl) necessari allo svolgimento delle attività della UOC di Gastroenterologia.

Le tipologie, i quantitativi presunti e le caratteristiche tecniche dei prodotti sono riportati al successivo articolo 9.

Si specifica che le caratteristiche dei dispositivi medici vengono indicate a titolo preferenziale ma non vincolante e non individuano alcun marchio o produzione, pertanto saranno presi in considerazione anche dispositivi con caratteristiche diverse da quelle indicate, purché valutate conformi all'uso specifico di destinazione richiesto.

La procedura è suddivisa in n.5 lotti di seguito indicati:

Lotto	Descrizione	Importo a base d'asta	Contributo ANAC	Importo cauzione
1	Ago da ecoendoscopia con pattern ecogenico ad alta visibilità che si estende fino alla punta dell'ago, misure 25 – 22 – 19 G. Siringa da 20 cc	€ 240.000,00	€ 18,00	€ 4.800,00
2	Ago da accesso per via ecoendoscopica con pattern ecogenico ad alta visibilità, da 19 gauge, stiletto in interno con punta lanceolata, e guaina tronca per consentire accesso di un filo guida da.035Inch (per posizionamento di stent biliare ecoendoguidato)	€ 80.000,00	esente	€ 1.600,00
3	Ago eco-endoscopico per biopsia FNB ad alta definizione usato per il campionamento biptico mirato di lesioni del mediastino; dimensioni 19/20/22/25 G a punta sferica incassata o a becco di flauto fenestrata sul lato per migliorare la tecnica di campionamento biptico. Estensione dell'ago 0-8 cm, diametro minimo canale operativo 2 mm, dimesione della guaina 5,2 Fr	€ 80.000,00	esente	€ 1.600,00
4	Stent biliari ecoendoguidati per drenaggio transgastrico e transduodenale nelle patologie benigne e maligne biliari e pancreatiche, drenaggio delle pseudocisti pancreatiche e della colecisti (STENT E SISTEMI DI RILASCIO CON ELETTROCAUTERIZZAZIONE nelle diverse lunghezze/diametri/tipologie, completamente coperti per un rapido e efficace drenaggio e il passaggio dello strumento per procedure terapeutiche tradizionali, con sistema di bloccaggio del catetere e dello stent, rimovibili) delle pseudocisti pancreatiche e della colecisti (STENT E SISTEMI DI RILASCIO CON ELETTROCAUTERIZZAZIONE nelle diverse lunghezze/diametri/tipologie, completamente coperti per un rapido e efficace drenaggio e il passaggio dello strumento per procedure terapeutiche tradizionali, con sistema di bloccaggio del catetere e dello stent, rimovibili)	€ 270.000,00	€ 18,00	€ 5.400,00
5	Stent enterici ecoendoguidati (nelle diverse lunghezze/diametri/tipologie)	€ 180.000,00	€ 18,00	€ 3.600,00

ART. 2 - DURATA DELLA FORNITURA

Il contratto di fornitura avrà durata quinquennale, a decorrere dalla data di definizione del rapporto contrattuale ovvero da quella di anticipata esecuzione, in base all'art. 17, comma 9 del Codice;

ART. 3 - QUANTITA'

Il fabbisogno indicato è puramente indicativo e gli ordini saranno inoltrati al fornitore sulla base delle effettive esigenze delle strutture destinatarie. Pertanto, il fornitore nulla potrà pretendere oltre il pagamento di quanto regolarmente fornito sulla base dei suddetti ordini.

ART. 4 - PREZO A BASE D'ASTA

I prezzi a base d'asta riportati sono stati determinati sulla base dei prezzi attualmente praticati presso questa Azienda e tenendo conto dei prezzi indicati dalle disposizioni vigenti in materia.

ART. 5 - REQUISITI TECNICI DEI PRODOTTI

I prodotti offerti devono essere rispondenti alle vigenti disposizioni legislative relative alla autorizzazione alla produzione, alla importazione ed all'immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia al momento della presentazione dell'offerta.

Qualora nel corso del contratto intervengano variazioni delle normative in materia, codesta impresa sarà tenuta a conformarsi senza variazione in aumento delle condizioni di fornitura, nonché a sostituire eventuali rimanenze di magazzino il cui uso venga eventualmente vietato.

ART. 6 - PREZZI

I prezzi, riferiti ai singoli prodotti, si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata del contratto, fatto salvo quanto riportato al punto 1.1 "Adeguamento e Revisione prezzi" del Disciplinare di gara.

ART. 7 - CONSEGNE

La consegna dei prodotti veterinari dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'ordinativo, a cura, rischio e spese del fornitore presso la sede del magazzino del Dipartimento di Prevenzione, dei canili sanitari e/o delle sedi dei servizi territoriali che saranno di volta in volta indicati in ordine.

In casi d'urgenza, le consegne dovranno essere effettuate con immediatezza, previ ordinativi trasmessi via posta elettronica.

Il fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e nei modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi. Il fornitore non potrà fissare nessun importo e/o quantitativo minimo per l'esecuzione degli ordini.

Le operazioni di riscontro e verifica per quantità e qualità dei prodotti saranno effettuate presso il magazzino ricevente del Dipartimento di Prevenzione, dei Canili Sanitari e/o delle sedi dei Servizi Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto indicato nell'ordine, all'atto della consegna e successivamente, in ogni momento, presso i servizi utilizzatori dei prodotti.

Saranno rifiutate tutte quelle consegne le cui merci, in tutto o in parte, non abbiano i requisiti richiesti o descritti nell'offerta o di legge.

La merce consegnata ed accettata potrà essere rifiutata dall'Amministrazione anche successivamente e questo per i casi in cui, quando si procederà all'effettivo utilizzo, il prodotto dovesse palesare difetti o imperfezioni non rilevati all'atto della consegna.

La ditta fornitrice per tutte quelle merci dichiarate non accettabili al momento della consegna o successivamente, dovrà procedere alla sostituzione entro il termine massimo di otto giorni e in tale attesa la merce da sostituire rimarrà a disposizione della ditta fornitrice, senza alcuna responsabilità da parte dell'Amministrazione Appaltante per tutti gli eventuali ulteriori degradamenti che essa dovesse subire.

Il fornitore dovrà garantire che durante la fase di trasporto verranno rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti.

ART. 8 – CONFEZIONAMENTO

Il prodotto dovrà essere confezionato in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto.

Il confezionamento e l'etichettatura del prodotto devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa.

La data di scadenza ed eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei farmaci devono essere in lingua italiana, chiaramente leggibili ed evidenziati con opportuna simbologia.

Le singole confezioni devono essere quelle regolarmente autorizzate dal Ministero della Sanità.

Il codice a barre dell'A.I.C. sulla confezione non deve essere coperto.

ART. 9 – SPECIFICHE PRODOTTI

Lotto	DESCRIZIONE	UM	FABBISOGNO QUINQUENNALE
1	Ago da ecoendoscopia con pattern ecogenico ad alta visibilità che si estende fino alla punta dell'ago, misure 25 – 22 – 19 G. Siringa da 20 cc con possibilità di aspirazione a 5 – 10 – 15 – 20 cc.	PEZZO	600
2	Ago da accesso per via ecoendoscopica con pattern ecogenico ad alta visibilità, da 19 gauge, stiletto innterno con punta lanceolata, e guaina tronca per consentire accesso di un filo guida da.035Inch (per posizionamento di stent biliare ecoendoguidato)	PEZZO	200
3	Ago eco-endoscopico per biopsia FNB ad alta definizione usato per il campionamento bioptico mirato di lesioni del mediastino; dimensioni 19/20/22/25 G a punta sferica incassata o a becco di flauto fenestrata sul lato per migliorare la tecnica di campionamento bioptico. Estensione dell'ago 0-8 cm, diametro minimo canale operativo 2 mm, dimesione della guaina 5,2 Fr	PEZZO	200
4	Stent biliari ecoendoguidati per drenaggio transgastrico e transduodenale nelle patologie benigne e maligne biliari e pancreatiche, drenaggio delle pseudocisti pancreatiche e della colecisti (STENT E SISTEMI DI RILASCIO CON ELETTRICAZIONE nelle diverse lunghezze/diametri/tipologie, completamente coperti per un rapido e efficace drenaggio e il passaggio dello strumento per procedure terapeutiche tradizionali, con sistema di bloccaggio del catetere e dello stent, rimovibili)	PEZZO	150
5	Stent enterici ecoendoguidati (nelle diverse lunghezze/diametri/tipologie)	PEZZO	100

Si specifica che le caratteristiche dei dispositivi medici vengono indicate a titolo preferenziale ma non vincolante e non individuano alcun marchio o produzione; pertanto, saranno presi in considerazione anche dispositivi con caratteristiche diverse da quelle indicate, purché valutate conformi all'uso specifico di destinazione richiesto.