

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Area Gestione del Patrimonio

Allegato 4) Questionario raccolta dati

Procedura negoziata telematica per l'affidamento della fornitura di 'Sistema infusionale completo – stazioni infusionali, pompe a siringa e carrello RMN -' comprensivo di assistenza tecnica triennale post-garanzia full-risk per le necessità della S.C. di Anestesia, Rianimazione e Terapia del Dolore dello Stabilimento “SS. Annunziata” della ASL Taranto. CIG 7869591FEB

QUESTIONARIO RACCOLTA DATI CARATTERISTICHE DI MINIMA					
Da compilare pena esclusione in tutti i suoi campi.					
Sistema infusionale completo di stazioni infusionali, pompe a siringa e carrello RMN					
PRODUTTORE					
MODELLO					
CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA					
Stazioni infusionali					Descrizione
○ Possibilità di fissare le stazioni ai pensili o barre con gancio integrato	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
○ Unico cavo di alimentazione per tutte le pompe inserite nel sistema	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
Pompe a siringa					
○ Utilizzo di siringhe tipo luer lock da 5 a 50/60 ml con riconoscimento automatico della capacità della siringa	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
○ Velocità di somministrazione: 0,1...999,9 ml/h	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
○ Ampio archivio farmaci	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
○ Ogni pompa deve possedere tutte le funzioni per operare in ogni reparto senza una destinazione specifica	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
○	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
CARRELLO RMN per alloggiamento di pompe siringhe	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	

N.B. nel caso la caratteristica di minima non corrisponde pienamente alla caratteristica di minima il concorrente dovrà motivare la eventuale caratteristica/prestazione analoga o superiore.

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Area Gestione del Patrimonio

QUESTIONARIO RACCOLTA DATI GRIGLIA PUNTI				
n. criterio	Criteri di attribuzione del punteggio tecnico			Descrizione
STAZIONE INFUSIONALE				
1	Maniglia per il trasporto incorporata	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
2	Alimentazione della stazione a basso voltaggio 12V	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
3	Visualizzazione degli allarmi			
GRIGLIA PUNTI POMPA A SIRINGA				
1	Software per la gestione di anestesia in TCI			
2	Velocità di bolo	Indicare valore in ml/h ml/h	
3	Dispositivo integrato e automatico per la protezione da flusso libero dalla siringa	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
4	Software per la partenza automatica e sequenziale delle pompe siringa per evitare interruzione di infusione di farmaci critici			
5	Quantità e tipologia di allarmi presenti sulle pompe a siringa			
6	livelli di regolazione della soglia di occlusione sulle pompe a siringa			
7	Archivio farmaci e leggibilità del farmaco sul display			
8	Caratteristiche Display			
GRIGLIA PUNTI CARRELLO RMN				
1	Gestione visiva ed acustica dello stato di funzionamento delle pompe			
2	Sistema di rivelazione del flusso del campo magnetico integrato			
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA				
1	Servizio di Assistenza Tecnica			