



Struttura Complessa
Area Gestione del Patrimonio
Direttore dott.ssa M. Loreta Notarangelo

OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA, AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 lett.b) del D.LGS. n. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 4 POLISONNIGRAFI PER LE ESIGENZE DELLA S.C. Malattie dell'Apparato Respiratorio e della U.O OTORINOLARINGOIATRIA UNIVERSITARIA DEL POLICLINICO RIUNITI DI FOGGIA. LOTTI N. 2, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 co 1 e 3 del D.Lgs n. 36/2023 previa verifica di conformità.

VERBALE N. 2 - SEDUTA PUBBLICA DEL 04.07.2024

Premesso che

- Con nota mail dell'11.06.2024 la documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti alla presente procedura di gara e posizionate al primo e secondo posto in graduatoria è stata inoltrata, al fine del relativo giudizio di conformità, all'Organo Tecnico designato, ovvero ai direttori di struttura richiedenti, rispettivamente il Direttore della S.C. Malattie dell'Apparato respiratorio ed il Direttore della U.O. Otorinolaringoiatria universitaria del Policlinico di Foggia;
- Con nota mail del 21.06.2024, acquisita al prot. n. 14864 del 24.06.2024, l'organo tecnico sopra menzionato ha espresso il giudizio tecnico, parte integrante del presente verbale, con il quale relativamente al lotto n. 1 ha dichiarato la documentazione tecnica presentata dalle ditte Linde non conforme e quella presentata dalla ditta Medicaire Sud, conforme, per le motivazioni ivi contenute.
Relativamente al lotto n. 2 l'Organo Tecnico ha dichiarato non conformi la documentazione della Ditta Linde e Medigas per le motivazioni ivi addotte;
- Con nota mail del 24.06.2024, preso atto di quanto sopra, gli Uffici dell'Area Gestione del Patrimonio hanno inoltrato all'Organo Tecnico, relativamente al lotto n. 2 la documentazione tecnica degli ulteriori operatori economici che hanno presentato offerta ovvero Ditta Vivisol e Medicaire Sud;
- Con nota mail del 28.06.2024 acquisita in pari data al prot. n. 15254 l'Organo Tecnico ha espresso il relativo giudizio di conformità, che si allega al presente verbale.

Tutto ciò premesso

Il giorno 04 Luglio 2024 alle ore 10.25, si è riunito, in seduta pubblica e con anche link di accesso web-call, presso gli uffici dell'Area Gestione Patrimonio del Policlinico Riuniti di Foggia, il seggio di gara composto da:

- Dott.ssa Vita Maria Piizzi - RUP di gara
- Dott.ssa Ilaria Petruzzelli - componente
- Dott. Agostino Luca Forgelli - componente

per procedere alla disamina delle risultanze dell'attività di verifica della conformità delle offerte tecniche presentate dalle ditte ammesse.



Preliminarmente si dà atto che è presente per la Ditta Vivisol il Sig. Giuseppe Avantario, giusta delega agli atti, mentre sono collegati in web-call tramite il link comunicato tramite la piattaforma i sigg.ri:

- Luigi Scarpa, per la Ditta Vivisol
- Elena Baroni, per la Ditta MedicAirSud
- Paola Merlini, per la ditta Medigas

Il RUP di gara, procede pertanto alla lettura dei Giudizi di conformità espressi dall'organo tecnico ed il Seggio di gara conseguentemente procede in piattaforma al "calcolo economico" escludendo relativamente al lotto n. 1 la Ditta Linde e relativamente al lotto n. 2 le Ditte Linde, Medigas e Vivisol

La piattaforma Empulia, a seguito di quanto sopra, ha stilato le graduatorie di seguito riportate

Numero Lotto	Stato Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Valore Offerta
1	Valutato	MadicAir Sud	Aggiudicatario proposto	€. 12.600,00
1		Medigas	II Classificato	€. 13.050,00

Numero Lotto	Stato Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Valore Offerta
2	Valutato	MedicAir Sud S.r.l.		€. 16.500,00

Alle ore 10:50 esaurite le operazioni di cui sopra, il Responsabile del Progetto dichiara sciolta la seduta riservata previa stesura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale, composto da n. 2 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGGIO DI GARA

Il RUP Dott.ssa Vita Maria Piizzi

Il Componente dott.ssa Ilaria Petruzzelli

Il Componente dott. Agostino Luca Forgelli



Protocollo: 000014864
Data: 24/06/2024
AOO: UFCHZE
Cod. Amm. : ao_

Policlinico Foggia

ospedaliero-universitario



Dipartimento di Medicina Specialistica
S.C. di Malattie dell'Apparato Respiratorio Universitaria
Direttore: Prof. Donato Lacedonia

c.a dott.ssa V. PIIZI
Area Gestione Patrimonio

Oggetto: Dichiarazione di conformità procedura telematica, ai sensi, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del d. lgs. n. 36/2023 per l'affidamento della fornitura di n. 4 polisonnigrafi per le esigenze della s.c. malattie dell'apparato respiratorio e della u.o. otorinolaringoiatria universitaria del policlinico riuniti di foggia. lotti n. 2, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 co. 1 e 3 del d. lgs. n. 36/2023 previa verifica di conformità'.

In riferimento alla procedura negoziata per la fornitura di polisonnigrafi suddivisa in n. 2 lotti di cui sopra considerate le specifiche tecniche richieste, dall'esame delle caratteristiche dei dispositivi del Lotto1 e del Lotto 2 offerti, emerge quanto segue:

Lotto 1

Dal confronto tra il Polisonnografo Nox Medical A1s offerto da Medicaair, rispetto al dispositivo Somnotouch offerto da Linde, quest'ultimo non ha in dotazione né l'ossimetro bluetooth, né microfono calibrato come da specifiche richieste; inoltre, non include la procedura di biocalibrazione e controlli impedenza accanto al paziente. Infine, non permette la stima del flusso derivato (molto utile in caso di perdita segnale respiratorio diretto dalla cannula, nel caso di esami eseguiti fuori dall'ambiente ospedaliero).

Pertanto il Somnotouch offerto da Linde, non risulta conforme alle richieste, mentre il Polisonnografo Nox Medical A1 s offerto da Medicaair, appare conforme alle specifiche tecniche indicate.

Lotto 2:

Confronto poligrafo cardio-respiratorio Scala offerto da Medigas rispetto al dispositivo Porti 9 offerto da Linde: entrambi non presentano, da schede tecniche, alcune specifiche delle tecniche richieste. Porti 9 non ha microfono calibrato; entrambi non dispongono della possibilità di lavorare in ambiente bluetooth. Scala non offre né forma d'onda pletismografica Sao2 e polso da ossimetro bluetooth, né sforzo RIP (idem per sistema Porti), né display x controllo segnale e neanche la bio calibrazione e controllo impedenza. Infine linde non offre specifiche su forma d'onda, polso e Sao2.

In conclusione, entrambi non sono conformi alle specifiche tecniche richieste

Prof. Donato Lacedonia

Direttore
Prof. Donato LACEDONIA
MAR Università



Dipartimento di Medicina Specialistica
S.C. di Malattie dell'Apparato Respiratorio Universitaria
Direttore: Prof. Donato Lacedonia



Protocollo: 000015254

Data: 28/06/2024

AOO: UFCHZE

Cod. Amm. : ao_

c.a dott.ssa V. PIIZI
Area Gestione Patrimonio

Oggetto: Dichiarazione di conformità procedura telematica, ai sensi, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del d. lgs. n. 36/2023 per l'affidamento della fornitura di n. 4 polisonnigrafi per le esigenze della s.c. malattie dell'apparato respiratorio e della u.o. otorinolaringoiatria universitaria del policlinico riuniti di foggia. lotti n. 2, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 co. 1 e 3 del d. lgs. n. 36/2023 previa verifica di conformità'.

In riferimento alla procedura negoziata per la fornitura di polisonnigrafi suddivisa in n. 2 lotti di cui sopra considerate le specifiche tecniche richieste, dall'esame delle caratteristiche dei dispositivi Lotto 2 offerti, emerge quanto segue:

Lotto 2:

Confronto poligrafo cardio-respiratorio offerto da Vivisol rispetto al dispositivo offerto da MedicAir: Il dispositivo offerto da VIVISOL (SomnoTouch) non presenta alcuni dei requisiti tecnici richiesti, ossia microfono (calibrato) per registrazioni audio (necessario per una migliore interpretazione del rumore di russamento), non è strutturato con tecnologia Bluetooth (ossimetro Bluetooth). Non è in grado di eseguire bio-calibrazione e controlli di impedenza accanto al paziente.

Tutte queste specifiche tecniche sono invece presenti sul dispositivo offerto da MedicAir (Nox Medical T3s)

Pertanto il dispositivo di MedicAir risulta conforme alle specifiche tecniche richieste, mentre il dispositivo offerto da Vivisol non risulta conforme

Foggia, 28/06/2024

Prof. Donato Lacedonia

Direttore
Prof. Donato LACEDONIA
MAR Universitaria

