



S.C. Area Gestione del Patrimonio
Direttore dott.ssa Maria Loreta Notarangelo
S.S. Appalti e contratti di Farmaci e Dispositivi Medici
Dirigente dott.ssa Teresa Antonetti

Foggia, 21/11/2024

Spett.li Imprese

**AVVISO
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO**

OGGETTO: Consultazione preliminare di mercato, indetta ai sensi dell'art 77 del D. Lgs 36/2023, per l'affidamento della fornitura di Deflussori.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Riuniti di Foggia.

FINALITA' DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

Questa Azienda intende avviare ai sensi dell'art 77 del D.Lgs 36/2023, una consultazione preliminare di mercato finalizzata alla predisposizione degli atti di gara, ivi compresa la scelta della procedura di gara e alla raccolta di informazioni utili per valutare il valore di acquisto della fornitura in oggetto.

La presente consultazione non costituisce una procedura di affidamento di un contratto pubblico. La partecipazione a detta consultazione non determina aspettative, né diritto alcuno e non rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo la stazione appaltante nei confronti degli operatori economici interessati, restando altresì fermo che l'eventuale acquisizione della fornitura oggetto della presente consultazione è subordinata ad apposita procedura di gara che sarà espletata da questa SA successivamente.

La presente consultazione preliminare di mercato, avviata nel rispetto dei principi di risultato, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, pubblicità, non discriminazione, concorrenza e parità di trattamento, è finalizzata, inoltre:

- all'individuazione degli operatori economici in grado di fornire il materiale richiesto o materiale equivalente ai sensi dell'art. 7, Parte II dell'allegato II.5 del d.lgs. 36/2023, compatibile con l'apparecchiatura attualmente in uso presso questa Azienda, e dunque, da invitare successiva procedura di gara;
- a valutare l'esistenza dei presupposti che consentono, ai sensi dell'art. 76, comma 1, D.lgs. 36/2023, il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando, più in particolare valutare la sussistenza dei presupposti di cui all'art.76, comma 2, lett. b), punto 2) del D.lgs. 36/2023 (la concorrenza è assente per motivi tecnici).

OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE

Oggetto della presente consultazione preliminare di mercato è la fornitura Deflussori, con le caratteristiche di seguito dettagliate:

N.	DESCRIZIONE
1	Deflussore urologico ad una via dotato di perforatore con cappuccio protettivo, tubo trasparente senza lattice e ftalati lunghezza circa 2 mt, camera di gocciolamento trasparente, regolatore di flusso, connettore universale per catetere con cappuccio protettivo



N.	DESCRIZIONE
2	Deflussore urologico a due vie dotato di perforatori con cappuccio protettivo, clamp, raccordo a Y, tubo trasparente senza lattice e ftalati lunghezza circa 2 mt, camera di gocciolamento trasparente, regolatore di flusso, connettore universale per catetere con cappuccio protettivo
3	Deflussore sterile monouso antigocciolamento ed antisvuotamento accidentale destinato alla somministrazione di liquidi infusionali per gravità privo di lattice e ftalati ad una via dotato di perforatore universale indeformabile privo di asperità e dispositivo di entrata dell'aria provvisto di filtro idrofobico e antibatterico munito di tappino removibile, camera di gocciolamento trasparente (20gtt=1ml) con filtro 15 µm, roller clamp, punto di accesso laterale, attacco luer lock per la connessione all'accesso venoso del paziente dotato di sistema di protezione. Lunghezza totale 200 cm circa
4	Deflussore sterile, monouso, privo di lattice e ftalati, ad una via, munito di regolatore di flusso ad alta precisione con doppia scala graduata impostabile da 5 a 250 ml/h , perforatore universale e cappuccio di protezione, camera gocciolamento con filtro 15 µm, roller clamp, punto di accesso laterale, attacco luer-lock per la connessione all'accesso venoso del paziente con cappuccio o altro sistema di protezione. Lunghezza totale 200 cm circa
5	Deflussore sterile monouso destinato alla somministrazione di liquidi infusionali per gravità privo di lattice e ftalati ad una via dotato di perforatore universale indeformabile privo di asperità e dispositivo di entrata dell'aria provvisto di filtro idrofobico e antibatterico munito di tappino removibile, camera di gocciolamento trasparente (20gtt=1ml) con filtro 15 µm, roller clamp, regolatore di flusso a doppia scala, rampa integrata a tre/quattro vie con rubinetti, attacco luer lock per la connessione all'accesso venoso del paziente dotato di sistema di protezione. Lunghezza totale 200 cm circa

PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse alla presente consultazione preliminare di mercato, inoltrando esclusivamente mediante la piattaforma telematica i seguenti allegati:

- 1) il presente avviso firmato digitalmente dal legale rappresentante per accettazione di quanto indicato;
- 2) apposito modello/questionario (*Allegato A*) firmato digitalmente dal legale rappresentante con indicazione della descrizione del prodotto per cui si partecipa e prezzi medi di mercato;
- 3) schede tecniche;
- 4) elenco delle strutture del SSN a cui è stato fornito tale dispositivo ed il dettaglio dei prezzi unitari praticati;
- 5) eventuale Dichiarazione di unicità ed esclusiva di distribuzione dei prodotti richiesti.

Si precisa che gli apporti informativi forniti non possono costituire offerte economiche, né possono anticipare specifiche quotazioni afferenti al prodotto.

Per rispondere alla presente consultazione gli operatori economici devono far pervenire la documentazione esclusivamente tramite il Portale EmPulia www.EmPulia.it **entro i termini ivi indicati.**

PUBBLICAZIONE

Il presente avviso e gli esiti relativi alla procedura saranno pubblicati dalla Stazione Appaltante sul sito internet del Policlinico Foggia www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia/; sulla piattaforma telematica EmPulia nella sezione Consultazione preliminari di mercato- www.empulia.it.



EVENTUALI INFORMAZIONI

Eventuali informazioni possono essere richieste al dott. Cesare Monte scrivendo alla mail: cmonte@ospedaliriunitifoggia.it

TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati per le finalità relative allo specifico procedimento secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Distinti saluti

La Dirigente
S.S. Farmaci e Dispositivi Medici
dott.ssa Teresa Antonetti

Il Funzionario Istruttore
dott. Cesare Monte - cmonte@ospedaliriunitifoggia.it