



Dipartimento di Medicina Specialistica
S.C. di Malattie dell'Apparato Respiratorio Universitaria
Direttore: Prof. Donato Lacedonia



Protocollo: 000015254
Data: 28/06/2024
AOO: UFCHZE
Cod. Amm. : ao_

c.a dott.ssa V. PIIZI
Area Gestione Patrimonio

Oggetto: Dichiarazione di conformità procedura telematica, ai sensi, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del d. lgs. n. 36/2023 per l'affidamento della fornitura di n. 4 polisonnigrafi per le esigenze della s.c. malattie dell'apparato respiratorio e della u.o. otorinolaringoiatria universitaria del policlinico riuniti di foggia. lotti n. 2, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 co. 1 e 3 del d. lgs. n. 36/2023 previa verifica di conformità'.

In riferimento alla procedura negoziata per la fornitura di polisonnigrafi suddivisa in n. 2 lotti di cui sopra considerate le specifiche tecniche richieste, dall'esame delle caratteristiche dei dispositivi Lotto 2 offerti, emerge quanto segue:

Lotto 2:

Confronto poligrafo cardio-respiratorio offerto da Vivisol rispetto al dispositivo offerto da MedicAir:
Il dispositivo offerto da VIVISOL (SomnoTouch) non presenta alcuni dei requisiti tecnici richiesti, ossia microfono (calibrato) per registrazioni audio (necessario per una migliore interpretazione del rumore di russamento), non è strutturato con tecnologia Bluetooth (ossimetro Bluetooth). Non è in grado di eseguire bio-calibrazione e controlli di impedenza accanto al paziente.
Tutte queste specifiche tecniche sono invece presenti sul dispositivo offerto da MedicAir (Nox Medical T3s)
Pertanto il dispositivo di MedicAir risulta conforme alle specifiche tecniche richieste, mentre il dispositivo offerto da Vivisol non risulta conforme

Foggia, 28/06/2024

Prof. Donato Lacedonia

Direttore
Prof. Donato LACEDONIA
MAR Università